

	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-015	
	CONDUITE A TENIR LORS D'UNE DECONNECTION ACCIDENTELLE DU PROLONGATEUR DE CATHETER DE DIALYSE PERITONEALE		Version 01 du 15/09/2016
			page 1/1
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse			

- A l'arrivée du patient, l'installer confortablement
- Prévenir le médecin de l'arrivée du patient
- Effectuer le changement du prolongateur selon le protocole établi
- Selon la prescription du médecin, passer une poche de dialysat dans lequel on aura au préalable injecté l'antibiotique prescrit
- Le patient retourne à son domicile après avoir reçu quelques conseils de surveillance durant les 48 à 72 heures qui suivent (température, aspect du liquide, douleur abdominale) avec consigne impérative de signaler immédiatement tout problème auprès des professionnels du service

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
<i>Christophe GREGOIRE, Thierry LOBBEZEZ</i> Infirmier(e) (IDE) - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse, Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 14/09/2016 14:44:02, 14/09/2016 14:30:17	<i>Thierry LOBBEZEZ</i> Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 14/09/2016 14:46:30	<i>Brigitte COURTOIS (par Loic BOSCOT)</i> Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES PATIENTS 15/09/2016 15:23:33