

	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-020
	<b>POSE DE CATHETER DE DIALYSE PERITONEALE ET SUIVI IMMEDIAT</b>	Version 01 du 10/08/2016
		page 1/2
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

La pose de cathéter de dialyse péritonéale se fait en ambulatoire à la clinique de la Miséricorde ou à l'hôpital de Bayeux (selon le lieu de résidence du patient).

## **I - Avant la pose de cathéter de dialyse péritonéale**

Deux situations possibles selon le contexte médical du patient

1) - *Entrée directe le matin en service ambulatoire à la clinique de la Miséricorde ou en service chirurgie à l'hôpital de Bayeux (en fonction du lieu de résidence du patient)*

2) - *Hospitalisation la veille dans le service de néphrologie.*

**Appliquer le protocole de préparation qui suit (écrit par le service ambulatoire de la clinique de la Miséricorde)**

➤ Soins pré opératoires

- A jeun depuis 0 heure
- Rasage sous-ombilical
- Douche antiseptique
- A 7 H, dispenser la prémédication notée sur la fiche retour de consultation d'anesthésie.

➤ A joindre pour la journée

- Médicaments
- Derniers bilans sanguins (en particulier post-dialyse s'il y a lieu)
- Dossier soins de l'hospitalisation en cours en transmettant les soins pré-opératoires sur la feuille de transmissions ciblées
- Dossier SIGMA

**PS : ne pas fournir de KT**

### **RESPECTER L'HEURE SOUHAITEE D'ARRIVEE DANS LE SERVICE**

(Heure communiquée la veille)

Pour joindre le chirurgie ambulatoire de la clinique de la Miséricorde


Tél. : 02-31-38-51-33

Fax : 02-31-38-51-52

## **II- Après la pose de cathéter de dialyse péritonéale**

Deux situations possibles selon le contexte médical du patient

1) – *Le plus souvent, retour au domicile le soir de l'intervention*

	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-020
	<b>POSE DE CATHETER DE DIALYSE PERITONEALE ET SUIVI IMMEDIAT</b>	Version 01 du 10/08/2016
		page 2/2
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

## 2) - Mutation en service de néphrologie

### ➤ Soins post-opératoires

- Contrôler la présence du bouchon bétadiné au bout du prolongateur de cathéter.
- Vérifier également que le vissage au niveau de l'embout titane du cathéter soit correctement serré (si vérification possible sans ôter le pansement).
- Pas de rinçage de cathéter
- Ne pas refaire le pansement du cathéter avant **8 jours** post-opératoires sauf cas exceptionnel (hémorragie, souillures+++,...).
- Si la patient retourne directement à son domicile, un rendez-vous est pris par le service exécutant l'intervention auprès des consultations externes de néphrologie pour le 1<sup>er</sup> pansement.
- Le 1<sup>er</sup> pansement de cathéter sera effectué selon le protocole de réfection de pansement de cathéter de dialyse péritonéale à **J8** (validé par le CLIN en juin 2008).
- Lors du 1<sup>er</sup> pansement, effectuer un aller-retour de dialysat sur le cathéter du patient avec **1 litre de Nutrineal®** pour vérifier le débit et la bonne fonctionnalité.

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
<i>Christophe GREGOIRE, Thierry LOBBEDEV</i> Infirmier(e) (IDE) - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse, Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 10/08/2016 12:17:49, 10/08/2016 15:08:14	<i>Thierry LOBBEDEV</i> Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 10/08/2016 15:08:44	<i>Brigitte COURTOIS (par Caroline SAINT)</i> Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES PATIENTS 10/08/2016 15:34:24